DD 1221/2020 Lubań, 04.12.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: Zakup urządzeń medycznych oraz urządzenia czyszczącego do powierzchni w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" ZP/04/2020.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" nr RDPS.09.03.00-02.0022/20. Grant w ramach projektu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, prowadzonego przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań - oświadczam, co następuje:

Odpowiedzi Nr 1, DD 1221/2020_04.12.2020

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ze zm.), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

CZĘŚĆ nr 3

1. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści płynną regulację przedłużenia leża z blokowaniem przedłużenia za pomocą śrub dociskowych co w żaden sposób nie wpływa na walory funkcjonalne i użytkowe łóżka?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

2. Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści regulację wysokości 390 – 890 mm ?
   Odpowiedź: Zamawiający 390 mm nie dopuszcza, 890 mm dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pkt. 15 dopuści pilot pacjenta oraz dodatkowo pilot centralny dla personelu z wszystkimi funkcjami na panelu bez pracy w 3 trybach co tylko wydłuża czas ustawienia funkcji w łóżku?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

4. Czy Zamawiający w pkt. 16 dopuści pilot bez graficznej informacji na pilocie o lokalizacji CPR ? Zamawiający opisuje w pkt. 13 lokalizację dźwigni CPR bezpośrednio pod segmentem pleców czytelnie oznaczoną kolorem czerwonym lub pomarańczowym, więc parametr w pkt. 16 jest niepotrzebny, a personel na pewno bez problemu znajdzie dźwignie pod leżem bez graficznej informacji na pilocie.
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

5. Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści leże wykonane z metalowych paneli montowanych na stałe do leża, po kilka paneli w każdym segmencie leża o szerokości 80 mm każdy ?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

6. Czy Zamawiający w pkt. 28 dopuści cztery poprzeczki z dźwignią blokady pod leżem w miejscu niedostępnym dla pacjenta, gdzie składanie barierki odbywa się poprzez odciągnięcie dźwigni i złożenie barierki oraz blokowanie barierki następuje automatycznie w najwyższym położeniu?
   Odpowiedź: Zamawiający oczekuje możliwości odblokowywania barierki z poziomu wysokości leża (bez konieczności schylania się personelu).

CZĘŚĆ nr 4

1. Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści cztery poprzeczki z dźwignią blokady pod leżem w miejscu niedostępnym dla pacjenta, gdzie składanie barierki odbywa się poprzez odciągnięcie dźwigni i złożenie barierki oraz blokowanie barierki następuje automatycznie w najwyższym położeniu ?
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści stałą wysokość leża 400 mm ? Podana przez Zamawiającego wysokość w połączeniu z materacem będzie bardzo niebezpieczna dla pacjenta, mówimy tu o wysokości nawet 670 mm od podłoża !
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Czy Zamawiający w pkt. 13 dopuści szerokość 1020 mm ?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści szerokość leża 850 mm ?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

5. Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści mechanizmy regulacja oparć w leżu usytuowane po bokach łóżka pod leżem co jest standardem dla tego typu łóżek ?
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający w pkt. 21 i 22 dopuści łóżko bez autoregresji i zaawansowanej autoregresji ?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w tabeli w Załączniku Nr 8 do SIWZ adekwatnym do danej części.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA

Otrzymują:
1) Strona internetowa Zamawiającego
2) a/a