DD 1222/2020 Lubań, 04.12.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: Zakup urządzeń medycznych oraz urządzenia czyszczącego do powierzchni w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" ZP/04/2020.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" nr RDPS.09.03.00-02.0022/20. Grant w ramach projektu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, prowadzonego przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań - oświadczam, co następuje:

Odpowiedzi Nr 2, DD 1222/2020_04.12.2020

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ze zm.), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Dotyczy: część nr 3 – Łóżka OIOM z materacami – 3 szt.

1. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 2230 mm?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

2. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści długość podstawy łóżka ok. 170 cm, szerokość podstawy łóżka ok. 60 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

3. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 410 mm do 815 mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka", nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka?
   Odpowiedź: Zamawiający 410 mm nie dopuszcza, 815 mm dopuszcza.

4. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści regulację elektryczną pleców w zakresie 65°?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

5. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 13° i anty-Trendelenburga 15°?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

6. Czy (w pkt. 11 i 14) Zamawiający dopuści łóżko bez elektrycznej funkcji autokontur?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

7. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści pilota bez sygnalizacji diodowej każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

8. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka nie posiadającego parametru opisanego w pkt. 15. Pozostawienie zapisu w takiej formie umożliwia złożenie oferty tylko przez jednego wykonawcę co jest niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

9. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka nie posiadającego parametru opisanego w pkt. 16. Pozostawienie zapisu w takiej formie umożliwia złożenie oferty tylko przez jednego wykonawcę co jest niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

10. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści zasilanie 110-230V, 50-60Hz bez diodowej sygnalizacji na pilocie o podłączenia do sieci? Sygnalizowanie stanu podłączenia do sieci nie jest konieczne, gdyż w trakcie użytkowania łóżka elektrycznego jest ono zawsze podłączone do sieci, a o konieczności odłączenia łóżka od sieci np. w przypadku jego przemieszczania informuje o tym stosowany zapis w instrukcji obsługi.
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

11. Czy (w pkt. 17) Zamawiający łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda ekwipotencjalnego?
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

12. Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści leże łóżka 4-sekcyjne, w tym 3 ruchome, leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL (jedna płyta na każdy segment leża), gładkimi, łatwo demontowalnymi, nadającymi się do dezynfekcji, panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy; segment miednicy stały, stalowy lakierowany proszkowo w celu zapewnienia stabilności leża; panele nie posiadające na powierzchni wytłoczonej informacji graficznej informującej o kierunku montażu paneli?
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

13. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści leże wyposażone w 4 uchwyty / ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się materaca?
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

14. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści elementy tworzywowe łóżka tj. szczyty wykonane z ABS?
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

15. Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści konstrukcję nośną w postaci ramion wznoszących, leże podparte w 4 punktach, ramiona wykonane z profili stalowego o przekroju 50x30 mm?
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

16. Czy (w pkt. 23 i 24) Zamawiający dopuści funkcję podwójnej autoregresji segmentu pleców oraz uda (system odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn) niwelującej ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, a tym samym pełniąca funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom o łącznej wartości 15 cm (+/- 1 cm)?
    Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

17. Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści szczyty łóżka z blokadą bez graficznej, kolorowej informacji zablokowane / odblokowane?
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

18. Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, barierki boczne składające się z czterech poprzeczek, w celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w dwóch ruchach. tj. zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki, barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej)?
    Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

19. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści pokrowiec odpinany 90°?
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ

20. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści wysokość materaca 12 cm?
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ

21. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści materac posiadający nacięcia na całej powierzchni typu „gofer" dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta?
    Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w tabeli w Załączniku Nr 8 do SIWZ adekwatnym do danej części.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA

Otrzymują:
1) Strona internetowa Zamawiającego
2) a/a