DD 1226/2020 Lubań, 04.12.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: Zakup urządzeń medycznych oraz urządzenia czyszczącego do powierzchni w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" ZP/04/2020.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" nr RDPS.09.03.00-02.0022/20. Grant w ramach projektu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, prowadzonego przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań - oświadczam, co następuje:

Odpowiedzi Nr 3, DD 1226/2020_04.12.2020

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ze zm.), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Ad Załącznik nr 8, część nr 2 - echokardiograf

1. W punkcie nr 26 parametrów technicznych, Zamawiający wymaga:
Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. **od - 9,5m/s do 0 oraz od 0 do + 9,0) m/s;**
Zakładamy, że jest to omyłka pisarska, ponieważ technicznie nie ma takiej możliwości.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający:
Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. **od - 9,0m/s do 0 oraz od 0 do + 9,0) m/s; ?**
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska, tak Zamawiający wymaga i dopuszcza.

2. **Ad 48; Czy Zamawiający dopuści do postępowania:**
Głowicę sektorową szerokopasmową, wykonaną w technologii klasycznej o 64 elementowej ilości kryształów, o zakresie częstotliwości 1,3 MHz - 4,5 MHz i kącie obrazowania aż 120º?.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w tabeli w Załączniku Nr 8 do SIWZ adekwatnym do danej części.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA

Otrzymują:
1) Strona internetowa Zamawiającego
2) a/a