DD 1230/2020 Lubań, 04.12.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: Zakup urządzeń medycznych oraz urządzenia czyszczącego do powierzchni w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" ZP/04/2020.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" nr RDPS.09.03.00-02.0022/20. Grant w ramach projektu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, prowadzonego przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań - oświadczam, co następuje:

Odpowiedzi Nr 4, DD 1230/2020_04.12.2020

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ze zm.), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Część Nr 3
Łóżka OIOM wraz z materacami- 3 szt

1. Punkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości 2280 mm?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża 2120 x890 mm?
   Odpowiedź: Zamawiający 210 mm nie dopuszcza, 890 mm dopuszcza.

3. Punkt 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości podstawy 161 cm, szerokości podstawy 70cm?
   Odpowiedź: Zamawiający 161 cm dopuszcza, 70 cm nie dopuszcza.

4. Punkt 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją elektryczną wysokości leża, w zakresie 410 mm do 840 mm?
   Odpowiedź: Zamawiający 410 mm nie dopuszcza, 840 mm dopuszcza.

5. Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem bez sygnalizacji diodowej każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z funkcją CPR segmentu pleców, w którym dźwignia zamontowana jest pod segmentem nóg i oznaczona jest kolorem czerwonym?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

7. Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem przewodowym, który posiada możliwość selektywnego blokowania funkcji za pomocą kluczyka mechanicznego, za wyjątkiem funkcji ratujących życie?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

8. Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez graficznej informacji na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR? W oferowanym łóżku dźwignia CPR umieszczona jest pod segmentem nóg i odznaczona charakterystycznie kolorem czerwonym.
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Punkt 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem bez diodowej sygnalizacji włączenia do sieci?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w klasie ochronności IPX4?
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Punkt 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko czterosegmentowe (w tym 3 segmenty ruchome) którego leże wypełnione jest płytami HPL, które są łatwo demontowane bez użycia narzędzi. Waga poszczególnych paneli: oparcie pleców- 4,9kg, segment uda- 2,3 kg, segment podudzia- 2,5 kg? Panele nie posiadają wytłoczonej informacji graficznej informującej o kierunku montażu paneli.
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w którym leże nie jest wyposażone w 6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca? W oferowanym łóżku tworzywowe barierki boczne na całej długości leża zabezpieczają pacjenta ale także i materac aby się nie przesuwał.
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Punkt 21 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w którym szczyty wykonane są z polipropylenu natomiast panele w leżu z tworzywa HPL?
    Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

14. Punkt 22 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o konstrukcji pantografowej w którym leże podparte jest w 6 pkt? Ramiona wykonane z profilu stalowego o przekroju 50x25x2?
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Punkt 25 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami tworzywowymi z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia, które są wyjmowane od strony nóg i głowy ale nie posiadają możliwości zablokowania szczytu na czas transportu?
    Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Punkt 27 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o dopuszczalnym obciążeniu 250 kg na które składają się: 185 kg- waga pacjenta, 65 kg- waga wyposażenia?
    Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

17. Punkt 28 tabeli; Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada tworzywowe, dzielone i dwuczęściowe barierki boczne, wykonane w technologii rozdmuchu, zabezpieczające pacjenta na całej długości, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra,

powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów? Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Część Nr 4
Łóżka wraz z materacami- 6sztuk
WARIANT I:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, wyjmowane od strony nóg i głowy ale bez możliwości zablokowania ich na czas transportu oraz bez informacji graficznej- zablokowane/ odblokowane?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym segmenty leża wypełnione są metalową siatką, pokrytą lakierem proszkowym z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru. Oferowane łóżko posiada ramę zewnętrzną.
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Punkt 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, z kołami tworzywowymi o średnicy 125 mm które są przykręcane za pomocą śrub? 2 z blokadą jazdy i obrotu.
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wysokości leża stałej, liczonej od podłogi do powierzchni, na której spoczywa materac - 500mm?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości zewnętrznej 965 mm?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża 2025 mmx 825mm?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Punkt 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w którym mechanizm regulacji segmentu pleców znajduje się w części środkowej łóżka, natomiast mechanizm regulacji uda znajduje się pod oparciem segmentu podudzia?
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Punkt 20 tabeli; Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez mechanizmu regulacyjnego z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

9. Punkt 21 i 22
   Odpowiedź: Brak pytania – Wykonawca nie zadał pytania.

WARIANT II:

1. **Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o poniższym opisie i parametrach technicznych?**

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
1	Łóżko wytworzone w antybakteryjnej technologii (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2020.
2	Zasilanie 230V~ 50/60Hz
	Maksymalny pobór mocy 350VA / 230 V
	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II
	Typ części aplikacyjnej B
	Stopień ochrony przed wpływem środowiska IP-X4
	Przewód zasilający skręcany
3	Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi 990 mm/ z opuszczonymi poręczami bocznymi 955 mm.
4	Całkowita długość łóżka 2150 mm.
5	Wewnętrzna długość leża (pomiędzy szczytami) 2005 mm.
6	Wewnętrzna szerokość leża (pomiędzy poręczami) 885 mm.
7	Wydłużenie leża 260 mm.
8	Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur
9	Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego
10	Leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej
11	Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi
12	Leże bez ramy zewnętrznej
13	Elektryczna regulacja wysokości leża
14	Minimalna wysokość leża od podłogi 410 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac
15	Maksymalna wysokość leża od podłogi 840 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac.
16	Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0° do 70°
17	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego 16°
	Nie dopuszcza się innych rozwiązań, gdyż jest to funkcja antyszokowa, ratująca życie.
18	Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego 17°
19	Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do 70° ±oraz segmentu uda do 40°
20	Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0° do 40°
21	Funkcja autoregresji oparcia pleców 120 mm
22	System autoregresji 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej.
23	Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiedniego przycisku na panelu centralnym:
	- pozycja krzesła kardiologicznego
	- pozycja antyszokowa
	- pozycja do badań
	- pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się)
	- pozycja zerowa (elektryczny CPR)
	Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża
24	Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych

25	Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji
26	Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego
27	Poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.
28	Poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża.
29	Zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane tą samą, jedną ręką.
30	Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta
31	Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta
32	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne są integralną zawartością składu lakieru.
33	Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG
34	Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża.
35	4 koła o średnicy 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Kołą z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik)
36	Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta
37	Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania
38	Prześwit pod podwoziem o wysokości 150 mm i na długości 1500 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego
39	Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów.
40	Rama leża wyposażona w:
	- krążki odbojowe w narożach leża,
	- sworzeń wyrównania potencjału,
	- poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg
	- cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża
41	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża
42	Dopuszczalne obciążenie robocze 250 kg
43	Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa.
44	Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta
45	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne
46	Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 6
Wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych- 3 szt.

1. Punkt 6 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach:
   - długość 2100mm;
   - szerokość- 800mm;
   - wysokość 560- 890 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ po modyfikacji Załącznika Nr 8 do SIWZ dotyczącego części Nr 6 z dnia 04.12.2020 r.

2. Punkt 8 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o całkowitej wadze 165 kg?
   Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Punkt 9 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach leża 128,5 x 72,5cm i o wymiarach podgłówka 64 x 72, 5 cm?
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ po modyfikacji Załącznika Nr 8 do SIWZ dotyczącego części Nr 6 z dnia 04.12.2020 r.

4. Punkt 14 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wymiennym mtarameacem ale bez dodatkowych uchwytów?
   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Punkt 16 tabeli; Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z opuszczonymi lakierowanymi barierkami bocznymi oraz lakierowanymi uchwytami do prowadzenia?
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Punkt 20 tabeli: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym o średnicy 200 mm – dźwignie do sterowania układem jezdnym umieszczone na czterech narożach ramy leża?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w tabeli w Załączniku Nr 8 do SIWZ adekwatnym do danej części.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA

Otrzymują:
1) Strona internetowa Zamawiającego
2) a/a