DD 1235/2020 Lubań, 04.12.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: Zakup urządzeń medycznych oraz urządzenia czyszczącego do powierzchni w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" ZP/04/2020.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" nr RDPS.09.03.00-02.0022/20. Grant w ramach projektu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, prowadzonego przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań - oświadczam, co następuje:

Odpowiedzi Nr 5, DD 1235/2020_04.12.2020

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ze zm.), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Dotyczy zapisów SIWZ i projektu umowy dla części 3, 4 i 6:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga 24-miesięcznej gwarancji dla wyrobów objętych zadaniami nr 3, 4 i 6 – jak w projekcie umowy (§ 4 pkt 1).
   Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oferuje 14-dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktury – jak w projekcie umowy (§ 5 pkt 2).
   Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zgodnie § 5 pkt. 2 wzoru płatność zostanie uregulowana przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wpisane na fakturze, po uprzednim zrealizowaniu przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół zdawczo-odbiorczy.

Dotyczy: Część nr 3 – Łóżko OIOM wraz z materacami (3 szt.)

1. Czy dla spełnienia warunku opisanego w pkt. 28 (barierki mocowane do ramy łóżka nie mogą powodować poszerzenia jego gabarytów) Zamawiający oczekuje zaoferowania łóżka szpitalnego z ramą wewnętrzną, ukrytą pod segmentami? Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne od ramy zewnętrznej. Rozwiązanie, w którym ruchome segmenty leża umieszczone są w ramie zewnętrznej, jest potencjalnie bardzo niebezpieczne, gdyż tworzy mechanizm „nożyc". Podczas składania segmentu leża może dojść do zmiażdżenia dłoni przypadkowo położonej na ramie. Natomiast konstrukcja z ramą wewnętrzną, gdzie rama znajduje się pod segmentami leża, jest nie tylko bezpieczniejsza, ale także bardziej ergonomiczna: umożliwia bliższe podejście

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem **0000182455**,
NIP **613 148 05 64,** REGON **231190020**
Kapitał zakładowy **11.308.000 PLN**

59-800 Lubań, ul. Zawidowska 4
tel.75/**721-37-87,** fax: 75/ **721-39-06**
e-mail: **sekretariat@lcm-luban.pl**
www.lcm-luban.pl

personelu do leżącego pacjenta, a także nie powoduje poszerzenia gabarytów łóżka w przypadku zamontowania poręczy bocznych.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania łóżka o wymiarach podstawy 178,3 cm x 77,8 cm. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg długości podstawy łóżka 160 cm (+/- 2 cm) i szerokości 80 cm (+/- 2 cm) dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu. Łóżko, które chcemy zaoferować posiada podstawę o długości 178,3 cm, a zatem zapewnia jeszcze większą stabilność leża, jest parametrem lepszym. Jednocześnie łóżko spełnia inne wymagania Zamawiającego w zakresie wymiarów gabarytowych i wymiarów leża.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją wysokości w zakresie do 810 mm – jako parametr lepszy niż oczekiwany?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Ad 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym dźwignia CPR, oznaczona kolorem czerwonym, zamontowana jest w dogodnym miejscu przy segmencie siedziska?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem, że dźwignia CPR zamontowana będzie w miejscu łatwo dostępnym dla personelu.

5. Ad 16: Prosimy o odstąpienie od wymogu umieszczenia graficznej informacji na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR, która w zaoferowanym łóżku posiada czerwony kolor i jest dobrze widoczna dla użytkownika.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym stałymi płytami HPL – niezwykle sztywnymi, trwałymi, odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i środki dezynfekujące, wygodnymi w dezynfekcji, ułatwiającymi czynności reanimacyjne? W oferowanym łóżku każdy segment wypełniony jest jedną pełną płytą HPL.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Ad 22: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka z konstrukcją nośną w postaci ramion wznoszących wykonanych z profilu o przekroju 40 x 20 mm.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Ad 24: Zamawiający wymagając funkcji tzw. zaawansowanej autoregresji, czyli odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, precyzyjnie opisał także system konstrukcji tego mechanizmu (teleskopowy), przy czym jest to system charakterystyczny dla konkretnego producenta. Dla zachowania konkurencyjności ofert prosimy o dopuszczenie innego rozwiązania konstrukcyjnego, prowadzącego mechanicznie dokładnie do tego samego efektu w postaci tzw. zaawansowanej autoregresji.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami odejmowanymi, bez opcji blokowania przed wyjęciem np. na czas transportu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami – w celach bezpieczeństwa odblokowywanymi i składanymi w trzech ruchach: przytrzymanie barierki jeną ręką, zwolnienie

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem **0000182455**,
NIP **613 148 05 64,** REGON **231190020**
Kapitał zakładowy **11.308.000 PLN**

59-800 Lubań, ul. Zawidowska 4
tel.75/**721-37-87,** fax: 75/ **721-39-06**
e-mail: **sekretariat@lcm-luban.pl**
www.lcm-luban.pl

blokady drugą ręką, złożenie barierki wzdłuż ramy poniżej poziomu materaca? Wydaje nam się, że jest to rozwiązanie równoważne z wymaganym, opisanym w pkt. 28.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami – odstęp pomiędzy każdą poprzeczką w pozycji opuszczonej ok. 26-28 mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część nr 4 – Łóżka wraz z materacami (6 szt.)

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami odejmowanymi, bez opcji blokowania przed wyjęciem np. na czas transportu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami – w celach bezpieczeństwa odblokowywanymi i składanymi w trzech ruchach: przytrzymanie barierki jeną ręką, zwolnienie blokady drugą ręką, złożenie barierki wzdłuż ramy poniżej poziomu materaca? Wydaje nam się, że jest to rozwiązanie równoważne z wymaganym, opisanym w pkt. 8.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami – odstęp pomiędzy każdą poprzeczką w pozycji opuszczonej ok. 26-28 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym na stałe płytami HPL – niezwykle sztywnymi, trwałymi, odpornymi na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i środki dezynfekujące, ułatwiającymi czynności reanimacyjne? W oferowanym łóżku każdy segment wypełniony jest jedną pełną płytą HPL.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym na stałe siatką stalową – sztywną, trwałą, odporną na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i środki dezynfekujące? W oferowanym łóżku każdy segment wypełniony jest jedną płytą z siatki.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej zewnętrznej 960 mm, co nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości leża 850 mm, co nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym segment oparcia pleców oraz segment uda posiadają niezależne mechanizmy regulacji oparte o sprężyny gazowe, umieszczone pod właściwymi segmentami, z dźwigniami niezależnymi, umieszczonymi w okolicy właściwych segmentów?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez dodatkowego zabezpieczenia mechanizmów przed przypadkowym uruchomieniem (pkt 20)?
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10. Ad 22: Zamawiający wymagając funkcji tzw. zaawansowanej autoregresji, czyli odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, precyzyjnie opisał także system konstrukcji tego mechanizmu (teleskopowy), przy czym jest to system charakterystyczny dla konkretnego producenta. Dla zachowania konkurencyjności ofert prosimy o dopuszczenie innego rozwiązania konstrukcyjnego, prowadzącego mechanicznie dokładnie do tego samego efektu w postaci tzw. zaawansowanej autoregresji.
    Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z funkcją autoregresji segmentu oparcia pleców, jednak bez funkcji autoregresji w segmencie uda?
    Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Część 6 – Wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych – 3 szt.

1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózka o wymiarach zewnętrznych 2090 x 790 mm z regulacją wysokości leża w zakresie 570 – 910 mm
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ po modyfikacji Załącznika Nr 8 do SIWZ dotyczącego części Nr 6 z dnia 04.12.2020 r.

2. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózka bardzo stabilnego, o masie ok. 95 kg.
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ po modyfikacji Załącznika Nr 8 do SIWZ dotyczącego części Nr 6 z dnia 04.12.2020 r.

3. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózka z leżem o wymiarach 1920 x 650 mm, w tym: - segment stały 1210 x 650 mm - ruchomy segment oparcia pleców 710 x 530 mm (+ rama = łącznie szer. 650 mm)
   Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ po modyfikacji Załącznika Nr 8 do SIWZ dotyczącego części Nr 6 z dnia 04.12.2020 r.

4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózka z oparciem pleców / podgłówkiem regulowanym w zakresie 0-70 stopni – parametr lepszy od wymaganego.
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji Załącznika Nr 8 do SIWZ dotyczącego części Nr 6 w dniu 04.12.2020 r.

5. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózka z centralną blokadą kół 3 pozycyjną, tj.:
   - poz. 1 - wszystkie koła swobodne;
   - poz. 2 - wszystkie koła zablokowane;
   - poz. 3 - cztery koła swobodne, ale jedno z blokadą kierunku jazdy. lub:
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

6. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wózka z centralną blokadą kół 3 pozycyjną, tj.:
   - poz. 1 - wszystkie koła swobodne;
   - poz. 2 - wszystkie koła zablokowane;
   - poz. 3 - cztery koła swobodne, ale dwa z blokadą kierunku jazdy
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w tabeli w Załączniku Nr 8 do SIWZ adekwatnym do danej części.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA

Otrzymują:

1) Strona internetowa Zamawiającego
2) a/a