DD 1239/2020 Lubań, 04.12.2020 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy:** Zakup urządzeń medycznych oraz urządzenia czyszczącego do powierzchni w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" ZP/04/2020.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19" nr RDPS.09.03.00-02.0022/20. Grant w ramach projektu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, prowadzonego przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań - oświadczam, co następuje:

## Odpowiedzi Nr 6, DD 1239/2020_04.12.2020

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ze zm.), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Część 3**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane za pomocą pilota wyposażonego w wbudowaną latarkę LED i podświetlane przyciski w celu łatwej obsługi podczas nocy oraz centralnego panelu sterowania dla personelu: min. regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi, bez graficznej informacji o lokalizacji dźwigni CPR?
   **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma dźwigniami CPR umieszczonymi pod leżem, w rejonie segmentu uda?
   **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem, że dźwignie CPR zamontowane będą w miejscach łatwo dostępnych dla personelu.**

3. (dotyczy pkt 15) Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem pracującym w trybach: 1. Wszystkie funkcje dostępne. 2. Wszystkie funkcje zablokowane za wyjątkiem elektrycznej pozycji CPR. 3. Możliwość zablokowania poszczególnych regulacji, np. segmentu pleców, uda czy wysokości z diodową sygnalizacją?
   **Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Część 4**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowalnymi lamelami wykonanymi z tworzywa Polipropylen?
   **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**



Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem **0000182455**,
NIP **613 148 05 64,** REGON **231190020**
Kapitał zakładowy **11.308.000 PLN**

59-800 Lubań, ul. Zawidowska 4
tel.75/**721-37-87,** fax: 75/ **721-39-06**
e-mail: **sekretariat@lcm-luban.pl**
**www.lcm-luban.pl**

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370 – 735mm?
   **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu pleców i uda za pomocą pilota przewodowego bez graficznego oznaczenia regulacji na ramie?
   **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w tabeli w Załączniku Nr 8 do SIWZ adekwatnym do danej części.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**

**Otrzymują:**
1) Strona internetowa Zamawiającego
2) a/a