DD 216/2019 Lubań, 18.02.2019r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych ZP/05/2019

Zamawiający, działając zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. poz. 8: Czy Zamawiający dopuści analizator z próbkami o objętościach 120µl w przypadku strzykawki i 95µl w przypadku kapilar?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
2. poz. 10: Czy Zamawiający dopuści analizator bez możliwości zasilania systemu z baterii, ale z możliwością przemieszczania go w zależności od potrzeb?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
3. poz. 23: Czy Zamawiający wymaga dostawy zewnętrznego komputera z analizatorem?
   Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga
4. poz. 23: Czy Zamawiający dopuści analizator z jednokierunkową komunikacją z komputerem zewnętrznym?
   Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA